



Dynamic II Battery
Frasco de aspiração

Cheltrón



Frasco de aspiração por bateria

Dynamic II Battery



Dynamic II Battery é um aparelho moderno e compacto próprio para aspiração. Pode ser usado no cuidado doméstico e com pacientes a serem transportados. A bomba de ar a pistão garante um alto desempenho de aspiração (20 l/min) e não requer manutenção. Com o regulador de vácuo pode-se regular o tamanho do vácuo no alcance de 0-80 kPa. O vacuômetro indica o valor atingido.

Um frasco coletor em policarbonato (garrafa) de 0,5 l ou de 1 l com um dispositivo controla o preenchimento do filtro de aspiração, que evita a poluição do ambiente, acompanha o frasco de aspiração.

- Alto desempenho em aspiração
- Pequeno e leve
- Fácil de usar
- Preço acessível
- Indicadores do módulo em que se encontram o aparelho e a bateria

Modelo com frasco coletor de 1 litro (garrafa) – 11-1215

Dynamic II Battery

modelo com um frasco coletor de 0,5 l (garrafa)
modelo com um frasco coletor de 1 l (garrafa)

número da ordem 11-1214
número da ordem 11-1215

Acessórios do frasco de aspiração Dynamic II Battery

Padrão – carregador de baterias universal

Opcional – cabo de acendimento automático 12 V

Parâmetros

Vácuo máximo	80kPa (605 mm Hg) ± 8%
Dimensões (comprimento x altura x largura)	310x240x190 mm
Peso (sem carregador)	4,9 kg
Frascos coletores (garrafa)	0,5 / 1 l
Voltagem	12 V corrente contínua
Adaptador	100 – 240 V corrente alternada/50-60 Hz
Desempenho de aspiração	20 l/min
Proteção dupla contra preenchimento (aspiração excessiva)	dispositivo de controle de transbordamento, filtro de aspiração MSF
Acumulador	chumbo, hermético 12V/4,5 Ah
Tempo de vida do acumulador entre carregamentos	3,5 horas/-75 kPa (depois do carregamento máximo)
Duração do carregamento	mínimo de 4 horas de carregamento após a ativação do indicador LOW BAT

Filtro microbiológico de aspiração

O filtro de aspiração não polui o meio-ambiente. É necessário trocá-lo após 24 horas, assim como os demais itens de uso descartável. Coloca-se no ingresso para iniciar a conexão do ciclo de aspiração no aparelho.

número da ordem 271-022-001 (20 itens por embalagem)



Filtro de sucção microbiológico